

820-2

Stroboscope

Sikkerhedsinformation

Gå til www.fluke.com for at registrere dit produkt og finde flere oplysninger.






Advarsel angiver forhold og fremgangsmåder, som er farlige for brugeren.

Advarsel

For at undgå personskade:

- **Læs alle sikkerhedsoplysninger, før du anvender produktet.**
- **Læs alle instruktioner nøje.**
- **Anvend kun produktet som angivet, ellers kan produktbeskyttelsen blive beskadiget.**
- **Berør ikke målobjekter, der bevæger sig, når du bruger produktet. Objektbevægelser kan synes som stillbillede eller forsinket billede i stroboskopisk lys.**
- **Brug ikke produktet når du er i nærheden af eksplosiv gas, dampe eller i fugtige eller våde omgivelser.**
- **Brug ikke produktet i nærheden af personale, der kan reagere med epileptiske anfald.**
- **Brug aldrig produktet, hvis det er beskadiget.**

Signaturforklaringer

Signatur	Beskrivelse
	Vigtige oplysninger. Se vejledningen.
	Batteri
	Overholder relevante australske standarder.
	Opfylder EU- og EFTA-krav.
	Stemmer overens med de relevante sydkoreanske EMC-standarder.
	Dette produkt er i overensstemmelse med kravene om afmærkning i WEEE-direktivet (2002/96/EC). Det påhæftede mærkat angiver, at du ikke må bortskaffe dette elektriske/elektroniske produkt via husholdningsaffald. Produktkategori: Med reference til kravene i WEEE-direktivets bilag I klassificeres dette produkt som et produkt til "overvågning og kontrolinstrumentering" i kategori 9. Dette produkt må ikke bortskaffes usorteret i almindeligt affald. Se Flukes hjemmeside for genbrugsoplysninger.

Sikkerhedsdata

Batteritype..... 3 x AA Alkaline LR6

Driftstemperatur 0 °C to +45 °C

Opbevaringstemperatur..... -10 °C to +50 °C

Højde over havet ved betjening 2000 m

BEGRÆNSET GARANTI OG BEGRÆNSNING PÅ ANSVAR

Fluke garanterer instrumentet mod materiale- og fabriktionsfejl i to år fra købsdato at regne. Garantien omfatter ikke sikringer, engangsbatterier og skader, der er opstået ved uheld, forsømmelighed, misbrug, modificering, kontaminering eller anomal betjening og håndtering. Forhandlere har ingen bemyndigelse til at udstede anden garanti på Flukes vegne. Krav iht. garantien gøres gældende ved at henvende sig til nærmeste autoriserede Fluke-servicecenter og få indsendelsesgodkendelse, og derpå indsende det defekte instrument til det servicecenter med beskrivelse af problemet. DENNE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL. DER GIVES INGEN ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅSOM FOR ANVENDELIGHED TIL GIVNE FORMÅL. FLUKE FRASKRIVER SIG AL ERSTATNINGSPLIGT FOR SÆRLIG, INDIREKTE OG FØLGESKADE OG TAB, UANSET ÅRSAG OG RETSGRUNDLAG. Da udelukkelse og begrænsning af underforstået garanti og af ansvar for tilfældig og følgeskade er ulovlig i visse stater og lande, gælder ovenstående fraskrivelse af erstatningspligt muligvis ikke dig.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands